

CASA MATRIZ:  
Los Topacios N° 573 La Chimba  
Antofagasta / Chile  
RUT: 76.083.165-4



**NRO:MP-2018-754**

## CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Cliente:	SERVI-ALL	Equipo Trazador:	Manómetro
Equipo a Calibrar:	BOMBA MANUAL	Modelo:	8T0860
Nro. Serie:	N/R	Nro. Serie:	9170419
Marca:	ENERPAC	Marca:	Hytorc
Modelo:	P-462	Capacidad:	10000
Capacidad:	10000	Unidad:	PSI
Unidad de medida:	PSI		
Rotulo:	PMP-6596		
Código Alliot:	AS:E5F9FeNpgtumTvubedq9		

### MANTENCIÓN Y REPARACIONES REALIZADAS

- Evaluación
- Mantención general de componentes
- Limpieza exterior
- Limpieza de componentes internos
- Cambio de aceite
- Prueba de funcionamiento

PRUEBA	PRESIÓN	APROBADO	RECHAZADO
	10000 PSI	X	

**Observaciones:** Se realiza prueba en presión con una duración aproximada de cinco minutos, operando correctamente, sin presentar fugas y alcanzando una presión de 10000 PSI . Se certifica herramienta tras su reparación , operando dentro de los rangos recomendados por fábrica determinándose "OPERATIVA"

**Frank David Centeno.**  
Técnico Especializado.

Fecha de Comparación:	24/08/2018
Fecha Prox. Comparación:	24/02/2019