

CASA MATRIZ:
Los Topacios N° 573 La Chimba
Antofagasta / Chile
RUT: 76.083.165-4



NRO: MP-2018-910

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Cliente:	Servi-all	Mod. Transductor de torque:	RAD 7000 TRANSDUCTOR
Equipo a Calibrar:	Llave Hidráulica	Nº de serie	TT00287
Nro. Serie:	S4F1338-98	Fecha de calibración:	15/02/2018
Marca:	HYTORC	N. Certificado de Calibración:	18-SD00028
Modelo:	STEALTH 4	Capacidad:	7000
Rango de Torque:	604-4020	Unidades:	Lb-Ft
Unidad de medida:	LB/FT		
Rotulo:	GLP-3		
Codigo Alliot:	AS:SeCoqisXPsSAocGV7rwF		

TABLA DE PRUEBA DE TORQUE

PSI	NOMINAL	ASCENDENTE	PRUEBA	DESCENDENTE
		+ - 5 %		+ - 5%
1.500	604	634	599	574
4.200	1.680	1.764	1.652	1.596
6.200	2.485	2.609	2.536	2.361
8.200	3.280	3.444	3.305	3.116
10.000	4.020	4.221	4.051	3.819

MANTENCIONES REALIZADAS

- Desarme, limpieza y evaluación.
- Chequeo de componentes.
- Mantención preventiva.

Observaciones: Se realiza ensayo de equipo operando correctamente. Se certifica herramienta tras su reparación, operando dentro de los rangos recomendados por fábrica determinándose "OPERATIVA"

FRANK DAVID CENTENO.
TECNICO ESPECIALIZADO.

Fecha de Comparación:	24/09/2018
Fecha Prox. Comparación	24/09/2019