

NRO: MP-2018-894



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Ciente: Servi-all
Equipo a Calibrar: Torque Manual 3/8"
Nro. Serie: 10142889
Marca: PROTO
Modelo: J613F
Rango de Torque: 10-50
Unidad de medida: LB/FT
Rotulo: M-7486
Codigo Alliot: AS:5zrfJsLpgAwu2AG5cpJr

Equipo Trazador: PROBADOR DE TORQUE
Nro. Serie: CM3796
Marca: SNAP-ON
Capacidad: 600
Unidad: LB/FT

RANGO	Lectura de patrón FT/LB	APROBADO
10-50 LB/FT	10	X
	20	X
	30	X
	40	X
	50	X

OBSERVACIONES: Torque es sometido a mantención general. Se realiza ensayo de equipo operando correctamente según sus características de trabajo. La herramienta se determina "OPERATIVA".

Fecha de Comparación: 14/09/2018

Fecha Prox. Comparación: 14/03/2019

Frank David Centeno.
Técnico Especialista.